

**CE-DECLARATION OF CONFORMITY
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, die Firma

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Germany
SRN: DE-MF-000007445

We, the company

erklären in eigener Verantwortung, dass das/die
Medizinprodukt(e):

hereby declare in our own responsibility that the medical
device(s):

DESCOCEPT PUR

GMDN: 47631

BASIC-UDI-DI: 42600686200323HC; 42600686200323CR79;
42600686200323CREBBL; 42600686200323GF6V;
42600686200323GL79; 42600686200323LAR;
42600686200323MAT

00-323-001, 00-323-001CH, 00-323-005, 00-323-010, 00-323-010-01, 00-323-010-94, 00-323-010-94, 00-323-010CH, 00-323-010E1, 00-323-010E3, 00-323-010EXP1, 00-323-020, 00-323-050, 00-323-050-91, 00-323-050-94, 00-323-050CH, 00-323-050E3, 00-323-100, 00-323-100-94, 00-323CR-010, 00-323CR-050, 00-323GF-010, 00-323GF-050, 00-323L-0025, 00-323L-010, 00-323L-050, 00-323M-010, 00-323M-050

mit den Anforderungen der folgenden Verordnung
übereinstimmt(en):

*Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte.*

Zweckbestimmung:

gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion zur
Desinfektion von medizinischem Inventar, nichtinvasiven
Medizinprodukten, sowie Flächen aller Art

Konformitätsbewertungsverfahren

nach Anhang II
der oben genannten Verordnung

Klassifizierung

nach Anhang VIII der oben genannten Verordnung:
Klasse IIa

Benannte Stelle:

Medcert GmbH
Pilatuspool 2
20355 Hamburg
Kennnummer: 0482

Spezifikation

Diese Konformitätserklärung gilt für die jeweils aktuelle interne
Spezifikation des Produktes

Gültigkeit:

5 Jahre ab Ausstellungsdatum, sofern keine relevanten
Produktänderungen vorgenommen werden.

Malsfeld, 05.06.2023

Dr. Harald Büttner

Person responsible for regulatory compliance
- on behalf of Dr. Schumacher GmbH -

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

34323 Malsfeld

Postfach 11 62

34201 Melsungen

T +49 5664 9496-0

F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com

Geschäftsführung

Dierk Schumacher

Dirk Hamenstädt

Dr. Clemens Monir

Bankverbindung

Commerzbank Kassel • DE56 5204 0021 0260 3165 00 • COBADEFFXXX

Volksbank Kassel-Göttingen • DE24 5209 0000 0000 0681 01 • GENODE51KS1

DZ Bank AG • DE28 3006 0010 0000 2291 12 • GENODEDD

Rechtliches

Amtsgericht Fritzlar HRB 11035

USt-IdNr. DE 113 367 704

DESCOCEPT PUR

GMDN: 47631

BASIC-UDI-DI: 42600686200323HC; 42600686200323CR79;
42600686200323CREBBL; 42600686200323GF6V;
42600686200323GL79; 42600686200323LAR;
42600686200323MAT

00-323-001, 00-323-001CH, 00-323-005, 00-323-010, 00-323-010-01, 00-323-010-94, 00-323-010-94, 00-323-010CH, 00-323-010E1, 00-323-010E3, 00-323-010EXP1, 00-323-020, 00-323-050, 00-323-050-91, 00-323-050-94, 00-323-050CH, 00-323-050E3, 00-323-100, 00-323-100-94, 00-323CR-010, 00-323CR-050, 00-323GF-010, 00-323GF-050, 00-323L-0025, 00-323L-010, 00-323L-050, 00-323M-010, 00-323M-050

is/are in compliance with the following regulation:

*Council Directive 93/42/EEC of 14th June 1993 concerning medical
devices.*

Intended Use:

ready-to-use, aldehyde-free rapid disinfection for the
disinfection of medical inventory, non-invasive medical devices,
as well as surfaces of all kinds

Conformity Assessment Procedure

According to annex II of the
Council Regulation named above

Classification

according to annex VIII of the Council Regulation named above:
Class IIa

Notified Body:

Medcert GmbH
Pilatuspool 2
20355 Hamburg
Identification number: 0482

Specification

This Declaration of Conformity is based on the valid internal
specification of the product.

Validity

5 years from the date below, if there will be
no relevant modifications in the product.