PROTECT

VAH

RKI/DVV

IHO

ÖGHMP

Manuelle Aufbereitung

PERFEKTAN® ACTIVE

Pulverkonzentrat zur Instrumentendesinfektion

- **Sehr gute Materialverträglichkeit**
- **Schnelle Desinfektion durch oxidatives Wirksystem**
- **Vollständig löslich**

Produktbeschreibung

Hochwirksames Pulverkonzentrat zur manuellen Desinfektion von medizinischen Instrumenten. **PERFEKTAN ACTVE** ist ein gut und vollständig lösliches Pulver und daher zuverlässig und sicher anzuwenden. Auf Basis des in der mildalkalischen Anwendungslösung generierten Wirkstoffs Peressigsäure erreicht **PERFEKTAN ACTIVE** ein maximales Wirkungsspektrum bei gleichzeitig hervorragender Materialverträglichkeit, selbst bei sensiblen Materialien wie z.B. Silikon. Das oxidative Wirksystem von **PERFEKTAN ACTIVE** liefert durch Peressigsäure eine effiziente Desinfektion, welche vollständig zu Wasser, Essigsäure und Sauerstoff abreagiert.

Anwendungsgebiete

Zur manuellen Desinfektion von medizinischen Instrumenten (chirurgische Instrumente, Anästhesiematerialien) sowie starren und flexiblen Endoskopen.

Anwendung

Zur Desinfektion im Tauchbadverfahren. Gebrauchslösung gemäß der Dosiertabelle mit Wasser geeigneter Qualität unterhalb 30 °C mittels beigefügter Dosierhilfe ansetzen. Durch mehrmaliges Umrühren das Pulver vollständig lösen. Die Gebrauchslösung ist nach 15 min. unter Bildung des Wirkstoffs Peressigsäure einsatzbereit.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
Anwendungsempfehlungen							
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/EN	hohe Belastung		1 %			
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion: Tuberkulozid (Mykobakterium terrae)*	VAH/EN	hohe Belastung				2 %	1 %
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion: Fungizid (Aspergillus brasiliensis)*	VAH/EN	hohe Belastung				3 %	2 %
sporizid (C. difficile Ribotyp 027)	EN 17126	hohe Belastung		1,5 %	1%		
		niedrige Belastung		1,5 %	1 %	0,5 %	
sporizid (B. subtilis)	EN 17126	hohe und niedrige Belastung			2 %	1 %	
viruzid*	EN 14476/ EN 17111	niedrige Belastung			2 %	1,5 %	0,5 %
Ergänzende Prüfergebnisse							
viruzid	RKI/DVV					1,5 %	1 %
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV		1 %	0,25 %		
wirksam gegen Polioviren	EN 14476	niedrige Belastung			2 %	1,5 %	0,5 %
		hohe Belastung			2 %		
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		0,5 %			
		hohe Belastung			0,5 %		
	EN 17111	niedrige Belastung		0,5 %			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung			0,5 %		
		hohe Belastung			0,5 %		
	EN 17111	niedrige Belastung		1 %	0,5 %		
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung		0,5 %			

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

DE 07/2022

Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany
P +49 5664 9496-0 · **www.schumacher-online.com**

PERFEKTAN® ACTIVE

Pulverkonzentrat zur Instrumentendesinfektion

Ergänzende Prüfergebnisse			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
bakterizid	EN 1040		0,5 %				
	EN 13727	hohe Belastung	1 %				
	EN 14561	hohe Belastung	0,5 %				
levurozid (Candida albicans)	EN 1275		0,5 %				
	EN 13624	hohe Belastung	1 %				
	EN 14562	hohe Belastung	0,5 %				
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	EN 1275				1,5 %		
	EN 13624	hohe Belastung			2 %	1,5 %	1 %
	EN 14562	hohe Belastung				1,5 %	1 %
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	hohe Belastung			2 %		1 %
	EN 14563	hohe Belastung				1,5 %	1 %
mykobakterizid (M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung			2 %	1,5 %	1 %
	EN 14563	hohe Belastung				1 %	1 %

Anwendungshinweise

Die Standzeit der Anwendungslösung beträgt 12 Stunden. Die Anwendungslösung ist sofort bei sichtbarer Verschmutzung, mindestens jedoch arbeitstäglich, zu erneuern.
Viruzide Desinfektion von Instrumenten: Instrumente nach vorhergehender manueller Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen und im geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung von **PERFEKTAN ACTIVE** für die Schlussdesinfektion einlegen. Flächen und Hohlräume müssen vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit Instrumente aus der Gebrauchslösung entnehmen und gründlich mit Wasser geeigneter Qualität abspülen. Instrumente vollständig trocknen und ggf. sterilisieren. Herstellerangaben und nationale Richtlinien zur Aufbereitung sind zu beachten.

Endoskope: Endoskop nach Nutzung mit einem fusselfreien Tuch von groben Verunreinigungen befreien und anschließend vollständig in eine Reinigungslösung, z. B. PLURAZYME EXTRA oder MANUSHIELD CLEANER einlegen und mechanisch reinigen. Auf vollständige Benetzung achten und Lufteinschlüsse vermeiden. Anforderungen an den Personalschutz und die Aufbereitungsempfehlung der Hersteller sind zu beachten. Nach erfolgter Reinigung Endoskope gründlich mit Wasser abspülen und in die **PERFEKTAN ACTIVE** Gebrauchslösung für die Schlussdesinfektion vollständig einlegen. Auf vollständige Benetzung achten und dass alle Kanäle gefüllt bzw. durchströmt sind. Die Einwirkzeiten und Konzentrationen sowie die Aufbereitungsempfehlung des Instrumentenherstellers gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 17664 beachten. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit sterilem Wasser abspülen und trocknen.

Dosierung

Lösung	Dosierhilfe	1 %	2 %	3 %
4 Liter	Dosierlöffel (20 g)	2 x	4 x	6 x
	Sachet (40 g)	1 x	2 x	3 x
8 Liter	Dosierlöffel (20 g)	4 x	8 x	12 x
	Sachet (40 g)	2 x	4 x	6 x

Zusammensetzung

Wirkstoff: Peressigsäure (in-situ) > 850 ppm (1 %ige Lösung).

Materialverträglichkeit

PERFEKTAN ACTIVE zeigt eine sehr gute Materialverträglichkeit und ist geeignet für Glas, Metall, Kunsstoffe (z.B. PS, ABS, PVC), Elastomere (z.B. PU und EPDM). Bei eloxiertem Aluminium und Latex ist **PERFEKTAN ACTIVE** nur bedingt geeignet. **PERFEKTAN ACTIVE** ist nicht kompatibel mit: Aluminium, Kupfer, Messing und Polycarbonat (PC).

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Verursacht schwere Augenschäden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
PERFEKTAN ACTIVE	Sachet	40g	100	00-155-0004	10966229
	Eimer	1 kg	6	00-155-010	10966241

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. **www.schumacher-online.com**

IHO IHO-VIRUZIDE-LISTE.DE WIRKSAMKEIT GEPRÜFT NACH EN UND DVV METHODEN
MED CERT ZERTIFIZIERT ISO 13485
GMP+ medical Good Manufacturing Practice
GMP cosmetic Good Manufacturing Practice
VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.
EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT DE-130-00003