neodisher® Septo PreClean

Reinigungs- und Vordesinfektionsmittel für thermostabile und thermolabile Instrumente

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Für die Vorreinigung und Vordesinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten und Dentalinstrumenten sowie von flexiblen Endoskopen im Tauchbad oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung.
- Auch geeignet zur Nassentsorgung von chirurgischen Instrumenten und Dentalinstrumenten über längere Zeiträume, z.B. über Nacht oder über das Wochenende.
- Bakterizide, levurozide, tuberkulozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit gutachterlich bestätigt.
- Geeignet für Materialien, wie Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Buntmetalle (Kupfer und Messing), Silikon, Kunststoffe.

Besondere Eigenschaften:

- Sehr gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend.
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit.
- Frei von Aldehyden und quaternären Ammoniumverbindungen.

Anwendung und Dosierung:

neodisher Septo PreClean kann in Tauchbädern oder Ultraschallbädern aus Edelstahl verwendet werden. Je nach gewünschter Wirksamkeit eine Lösung mit der unten genannten Dosierempfehlung herstellen. Die Instrumente bzw. Endoskope in diese Lösung einlegen und die genannte Einwirkzeit einhalten.

Zur Herstellung der neodisher Septo PreClean-Anwendungslösungen wird die Verwendung von enthärtetem Wasser oder Weichwasser mit weniger als 10 °d empfohlen. Die Wasserhärte sollte 20 °d nicht übersteigen.
Bei der Nassentsorgung kann das Instrumentarium bis zu 72 Stunden in die entsprechende neodisher Septo PreClean-Anwendungslösung eingelegt werden.

	Hohe Belastung (nicht vorgereinigte Instrumente) 20 °C
bakterizid/levurozid	0,5 %, 5 min
tuberkulozid	1,0%, 15 min
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	1,5%, 10 min 1,0 %, 30 min

Die Anwendungslösung von neodisher Septo PreClean kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 7 Tage verwendet werden. Wir empfehlen jedoch einen täglichen Wechsel der Lösung, bei hohem Verschmutzungseintrag häufiger.

Die neodisher Septo PreClean-Anwendungslösung ist mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen. Geringe Restmengen von neodisher Septo PreClean, die ggf. noch am Instrumentarium haften und in das Reinigungs- und Desinfektionsgerät verschleppt werden, führen nicht zu verfahrensbeeinträchtigenden Schaumbelastungen bzw. Druckabfällen der Umwälzpumpen.

Vor und nach der Desinfektion mit neodisher Septo PreClean sollten keine aldehydischen Produkte verwendet werden.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz manueller Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Generell empfiehlt sich, bei manuellen Arbeiten mit Desinfektionsmitteln, Handschuhe zu tragen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.

neodisher® Septo PreClean

Gutachten / Listungen:

Die desinfizierende Wirksamkeit wurde gutachterlich bestätigt. Gutachten stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

Technische Daten:

pH-Wert	8,9-8,7 (0,5 - 1,5%, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20°C)
Viskosität	‹ 50 mPa s
Dichte	1,0 g/cm³ (20°C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:
‹ 5 % nichtionische Tenside, 5-15 % amphotere Tenside,
Desinfektionswirkstoffe in 100 g:
8,0 g Laurylpropylendiamin (Salz)

CE-Kennzeichnung: CE 0297

neodisher Septo PreClean erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Die Farbe des Produkts kann rohstoffbedingt schwanken. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität.

Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol ⌛.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat.

Gefahrensymbol C - ätzend
enthält: Laurylpropylendiamin

Gefahrenhinweise:

R 34 - Verursacht Verätzungen.

Sicherheitsratschläge:

S 26/27/28 - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 36/37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutz kleidung, Schutzhandschuhe und Schutz brille/Gesichtsschutz tragen.
S 45 - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzu ziehen (wenn möglich, dieses Merkblatt vorzeigen).

Die empfohlenen Anwendungslösungen von neodisher Septo PreClean sind keine Gefahrstoffe nach den Kriterien der Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde	Inhalt
Kanister	5 L

MB 4503/3-1
03/2010

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www. drweigert.de